

Information om Rapport från Arbetsgrupp 1

Enligt SSI:s föreskrift SFS skall röntgenutrustning kontrolleras minst en gång per år.

Rekommendationerna ger beskrivning av procedurer för konstansk kontroll av utrustning för digital projektionsradiografi. Det kan på det enskilda sjukhuset finnas behov av att modifiera metoden, utan att ändra mätprincipen, beroende på tillgänglig mätutrustning.

Som bilagor i rapporten finns exempel på mätprotokoll. Dessa skall ge tips om hur sådana kan utformas och de bör därför kontrolleras innan de tas i bruk. Du använder alltså dem på eget ansvar.

Metoderna är utarbetade för digital projektionsradiografi och alltså inte avsedda för t.ex. digital mammografi eller digital genomlysning.

Detta är en preliminär rapport. Avsikten är att revidera den och göra den slutliga utformningen i slutet av år 2008. Arbetsgruppen är därför intresserad av att få synpunkter på hur det går att använda metoderna. Det kan också finnas anledning att utbyta tips och synpunkter avseende speciella mätproblem. För att underlätta för alla att få tillgång till synpunkter och tips så önskar Arbetsgruppen att vi använder det diskussionsforum som sedan tidigare finns etablerat på Svenska Sjukhusfysikerförbundets hemsida "Forum för sjukhusfysik". Där finns en speciell avdelning för AG1. Välkomna med inlägg.

Arbetsgrupp 1